



Sośnicowice, dnia 29.06.2016
ZNAK Z/S - 624/2016

Do **Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: Postępowania przetargowego IOROS/P1/2016: "Dostawa chromatografu gazowego GC".

W dniu 28.06.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania, dotyczące specyfikacji technicznej zamawianego urządzenia. Poniżej zapytania wraz z odpowiedziami.

1. „Czy Zamawiający dopuści detektor z zastosowaną ceramiczną perłką posiadający:
- granicę wykrywalności 0,1 pg N/s i 0,02 pg P/s?
 - zakres liniowy równy 10^4 dla N i P?”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany parametrów detektora.

2. „Czy Zamawiający dopuści przystawkę do termodesorpcji z:
- systemem elektronicznej kontroli ciśnień pozwalającym na automatyczne ustawianie/kontrolę przepływów gazu w zakresie od 10 do 100 ml/min?
 - możliwością programowania temperatury desorpcji w zakresie 50-400°C?”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany parametrów przystawki do termodesorpcji.

Kierownik Oddziału

dr Tomasz Stobiecki